

核技术利用建设项目

常州市第二人民医院

搬迁 1 台 DSA 项目环境影响报告表

常州市第二人民医院

2024 年 3 月

生态环境部监制

# 核技术利用建设项目

## 常州市第二人民医院

### 搬迁 1 台 DSA 项目环境影响报告表

建设单位名称：常州市第二人民医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：常州市溇湖中路 68 号

邮政编码：213164

联系人：周\*\*

电子邮箱：997170039@qq.com

联系电话：151\*\*\*\*5082

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 表 1 项目基本情况 .....                         | 1  |
| 表 2 放射源 .....                            | 5  |
| 表 3 非密封放射性物质 .....                       | 5  |
| 表 4 射线装置 .....                           | 6  |
| 表 5 废弃物（重点是放射性废弃物） .....                 | 7  |
| 表 6 评价依据 .....                           | 8  |
| 表 7 保护目标与评价标准 .....                      | 11 |
| 表 8 环境质量和辐射现状 .....                      | 17 |
| 表 9 项目工程分析与源项 .....                      | 23 |
| 表 10 辐射安全与防护 .....                       | 30 |
| 表 11 环境影响分析 .....                        | 37 |
| 表 12 辐射安全管理 .....                        | 53 |
| 表 13 结论与建议 .....                         | 58 |
| 表 14 审批 .....                            | 64 |
| 附图 1 常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目地理位置示意图 ..... | 65 |
| 附图 2 常州市第二人民医院延陵院区平面布局及周围环境示意图 .....     | 66 |
| 附图 3 本项目 DSA 机房平面布局及周围环境示意图 .....        | 67 |
| 附图 4 常州市第二人民医院延陵院区 3#病房楼负一楼平面布局示意图 ..... | 68 |
| 附图 5 常州市第二人民医院延陵院区 3#病房楼一楼平面布局示意图 .....  | 69 |
| 附图 6 常州市第二人民医院延陵院区 3#病房楼二楼平面布局示意图 .....  | 70 |
| 附件 1：项目委托书 .....                         | 71 |
| 附件 2：射线装置使用承诺书 .....                     | 72 |
| 附件 3：屏蔽防护设计说明 .....                      | 73 |
| 附件 4：辐射安全许可证正副本复印件 .....                 | 74 |
| 附件 5：搬迁 DSA 原有环保手续履行情况 .....             | 83 |
| 附件 6：一般项目环评批复 .....                      | 87 |
| 附件 7：医院原有核技术利用项目基本情况一览表 .....            | 92 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 附件 8：辐射安全管理机构、制度文件 .....          | 98  |
| 附件 9：辐射环境本底监测报告 .....             | 110 |
| 附件 10：江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 .....    | 120 |
| 附件 11：辐射工作人员培训合格证书及职业健康体检报告 ..... | 122 |
| 附件 12：辐射工作人员近一年内个人剂量监测报告 .....    | 137 |

**表 1 项目基本情况**

|              |   |  |   |                        |             |
|--------------|---|--|---|------------------------|-------------|
| 建设项目名称       |   | 常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目   |   |                        |             |
| 建设单位         |   | 常州市第二人民医院<br>(统一社会信用代码: 123204004672858633)  |   |                        |             |
| 法人代表         | 汤黎明   | 联系人  | 周**   | 联系电话                   | 151****5082 |
| 注册地址         |   | 江苏省常州市兴隆巷 29 号   |   |                        |             |
| 项目建设地点       |   | 常州市天宁区延陵中路 468 号医院 (延陵院区) 3#病房楼一楼<br>导管室 DSA 机房  |   |                        |             |
| 立项审批部门       |   | /  |   | 批准文号                   | /           |
| 建设项目总投资 (万元) |   | 项目环保总投资 (万元)   |   | 投资比例 (环保投资/总投资)        |             |
| 项目性质         |   | <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   | 占地面积 (m <sup>2</sup> ) | /           |
| 应用类型         | 放射源   | <input type="checkbox"/> 销售  | <input type="checkbox"/> I 类 <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类        |                        |             |
|              |   | <input type="checkbox"/> 使用  | <input type="checkbox"/> I 类 (医疗使用) <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类 <input type="checkbox"/> IV 类 <input type="checkbox"/> V 类 |                        |             |
|              | 非密封放射性物质  | <input type="checkbox"/> 生产  | <input type="checkbox"/> 制备 PET 用放射性药物  |                        |             |
|              |   | <input type="checkbox"/> 销售  | /   |                        |             |
|              |   | <input type="checkbox"/> 使用  | <input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙   |                        |             |
|              | 射线装置  | <input type="checkbox"/> 生产  | <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类  |                        |             |
|              |   | <input type="checkbox"/> 销售  | <input type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类  |                        |             |
|              |   | <input checked="" type="checkbox"/> 使用   | <input checked="" type="checkbox"/> II 类 <input type="checkbox"/> III 类   |                        |             |
|              | 其他  | /  |   |                        |             |
|              | <p><b>项目概述:</b></p> <p><b>一、建设单位基本情况、项目建设规模及由来</b></p> <p>常州市第二人民医院暨南京医科大学附属常州第二人民医院 (以下简称“医院”), 自 1937 年建院以来, 现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、急</p> |  |   |                        |             |

救为一体的现代化三级甲等综合性医院。

医院现有城中（常州市天宁区兴隆巷 29 号）、阳湖（常州市武进区滆湖中路 68 号）两个院区，为配合常州市整体规划，在常州市卫健委统筹安排下，将优质医疗资源合理分配，医院计划于 2024 年将城中院区整体搬迁至原常州市儿童医院（常州市天宁区延陵中路 468 号），即常州市第二人民医院延陵院区。为满足医院规划使用要求，医院实施了“常州市第二人民医院延陵院区改造及综合楼新建工程项目”，对延陵院区原 1#综合楼和 3#病房楼实施改造，包括拆除工程、室内局部改造、污水处理站建设、吊顶翻新和外立面改造，同步改造室内外水电、消防、暖通、智能化等配套设施和室外工程综合楼新建工程包括拆除工程、新建工程及二次功能调整。“常州市第二人民医院延陵院区改造及综合楼新建工程项目”已于 2024 年 3 月 13 日取得常州市生态环境局的环评批复文件，文号：常天环审（2024）15 号，详见附件 6。

为配合城中院区整体搬迁，医院拟将城中院区外科楼一楼 DSA 室的 1 台 DSA 搬迁至延陵院区改造后的 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房，用于开展医疗诊断和介入治疗。本次搬迁的 DSA（数字减影血管造影机，即：Digital Subtraction Angiography，简称“DSA”）型号为飞利浦 UNIQ FD 20，最大管电压为 125kV，最大管电流为 1250mA，其原有环保手续履行情况见附件 5。

为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令 第 16 号，2021 年版），常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目属于“172 核技术利用建设项目”中的“使用 II 类射线装置的”项目，确定为编制环境影响报告表。受医院的委托，南京瑞森辐射技术有限公司承担了该单位搬迁 1 台 DSA 项目的环境影响评价工作。南京瑞森辐射技术有限公司通过资料调研、项目工程分析、现场勘察及现场监测等工作的基础上，编制了该项目环境影响报告表。该医院本次搬迁 1 台 DSA 情况见下表：

表 1-1 本项目搬迁 1 台 DSA 情况一览表

| 序号 | 射线装置名称型号                | 数量  | 最大管电压 (kV) | 最大管电流 (mA) | 射线装置类别 | 工作场所名称                            | 活动种类 | 环评情况     | 备注 |
|----|-------------------------|-----|------------|------------|--------|-----------------------------------|------|----------|----|
| 1  | DSA<br>(飞利浦 UNIQ FD 20) | 1 台 | 125        | 1250       | II 类   | 延陵院区 3#<br>病房楼一楼<br>导管室 DSA<br>机房 | 使用   | 本次<br>环评 | 搬迁 |

## 二、项目选址情况

常州市第二人民医院延陵院区位于常州市天宁区延陵中路 468 号，延陵院区东南侧为延青路，西南侧为延陵中路，西北侧为丹青路，东北侧为武青路。

常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目拟建址位于延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房。3#病房楼东南侧为院外延青路，西南侧、西北侧、东北侧均为院内道路。本项目地理位置示意图见附图 1，常州市第二人民医院延陵院区平面布置和周围环境示意图见附图 2。

本项目 DSA 机房位于延陵院区 3#病房楼一楼导管室，机房东南侧为控制室，西南侧为设备间、准备区，西北侧为室外道路，东北侧为库房及污物通道，机房下方为配电间及非机动车库，机房上方为治疗室、示教室及过道。常州市第二人民医院延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房平面布置及周围环境示意图见附图 3。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东南侧至院外御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号（商用、居民混合楼，最近处约 37m），西南侧至院外延陵中路（最近处约 49m），西北侧位于医院范围内，东北侧至院外武青路（最近处约 43m）。项目评价范围内除御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号外，无学校、其他居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要为从事本项目的辐射工作人员、院内的其他医务人员、病患、院内公众及御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号公众等。

## 三、原有核技术利用项目许可情况

常州市第二人民医院现持有江苏省生态环境厅核发的辐射安全许可证，证书编号：苏环辐证[00252]，有效期至：2028 年 3 月 27 日，许可种类和范围为“使用 III 类、V 类放射源；使用 II 类、III 类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所”。医院辐射安全许可证正副本见附件 4，原

有核技术利用项目情况见附件 7。

医院已开展的核技术利用项目均已履行环保手续，无环保遗留问题。

#### 四、实践正当性分析

本项目的运行，可为患者提供放射诊断及治疗服务，并可提高当地医疗卫生水平，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全管理后，其获得的利益远大于对环境的影响，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

#### 五、“三线一单”相符性分析

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）和《江苏省关于加强生态红线监督管理的通知》（苏自然资函〔2023〕880号）要求，经江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于常州市中心城区（天宁区）重点管控单元（编码：ZH32040223869）内，不在常州市生态保护红线内，评价范围内也不涉及优先保护单元和一般管控单元。本项目为核技术利用项目，满足重点管控单元的管控要求（详见附件 10，江苏省生态环境分区管控综合查询报告书）。

本项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。



**表 2 放射源**

| 序号 | 核素名称 | 总活度 (Bq) /<br>活度 (Bq) ×枚数 | 类别 | 活度种类 | 用途 | 使用场所 | 贮存方式与地点 | 备注 |
|----|------|---------------------------|----|------|----|------|---------|----|
| /  | /    | /                         | /  | /    | /  | /    | /       | /  |
|    |      |                           |    |      |    |      |         |    |
|    |      |                           |    |      |    |      |         |    |

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)

**表 3 非密封放射性物质**

| 序号 | 核素名称 | 理化性质 | 活动种类 | 实际日最大<br>操作量<br>(Bq) | 日等效最大<br>操作量<br>(Bq) | 年最大用量<br>(Bq) | 用途 | 操作方式 | 使用场所 | 贮存方式与地点 |
|----|------|------|------|----------------------|----------------------|---------------|----|------|------|---------|
| /  | /    | /    | /    | /                    | /                    | /             | /  | /    | /    | /       |
|    |      |      |      |                      |                      |               |    |      |      |         |
|    |      |      |      |                      |                      |               |    |      |      |         |
|    |      |      |      |                      |                      |               |    |      |      |         |

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)。

表 4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 加速粒子 | 最大能量 (MeV) | 额定电流 (mA) / 剂量率 (Gy/h) | 用途 | 工作场所 | 备注 |
|----|----|----|----|----|------|------------|------------------------|----|------|----|
| /  | /  | /  | /  | /  | /    | /          | /                      | /  | /    | /  |

(二) X射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

| 序号 | 名称  | 类别  | 数量 | 型号             | 最大管电压 (kV) | 最大管电流 (mA) | 用途        | 工作场所                       | 备注 |
|----|-----|-----|----|----------------|------------|------------|-----------|----------------------------|----|
| 1  | DSA | II类 | 1  | 飞利浦 UNIQ FD 20 | 125        | 1250       | 医用诊断/介入治疗 | 延陵院区 3#病房楼一楼<br>导管室 DSA 机房 | 搬迁 |
| /  | /   | /   | /  | /              | /          | /          | /         | /                          | /  |

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 | 型号 | 最大管电压 (kV) | 最大靶电流 (μA) | 中子强度 (n/s) | 用途 | 工作场所 | 氚靶情况    |      |    | 备注 |
|----|----|----|----|----|------------|------------|------------|----|------|---------|------|----|----|
|    |    |    |    |    |            |            |            |    |      | 活度 (Bq) | 贮存方式 | 数量 |    |
| /  | /  | /  | /  | /  | /          | /          | /          | /  | /    | /       | /    | /  | /  |

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

| 名称                         | 状态 | 核素名称 | 活度 | 月排放量  | 年排放总量  | 排放口浓度 | 暂存情况                 | 最终去向                              |
|----------------------------|----|------|----|-------|--------|-------|----------------------|-----------------------------------|
| 臭氧、氮氧化物                    | 气态 | /    | /  | 少量    | 少量     | /     | 不暂存                  | 通过排风系统排入外环境，臭氧常温约 50 分钟下可自行分解为氧气。 |
| 介入手术时产生的医用器具和药棉、纱布、手套等医用辅料 | 固态 | /    | /  | 约 2kg | 约 24kg | /     | 暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集 | 委托有资质单位进行处理。                      |
| /                          | /  | /    | /  | /     | /      | /     | /                    | /                                 |
|                            |    |      |    |       |        |       |                      |                                   |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m<sup>3</sup>；年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m<sup>3</sup>）和活度（Bq）。

表 6 评价依据

|             |  |
|-------------|--|
| <p>法规文件</p> | <p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（修订版），中华人民共和国主席令 第9号，2015年1月1日起实施；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版），中华人民共和国主席令 第二十四号，2018年12月29日发布施行；</p> <p>(3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国主席令 第六号，2003年10月1日起实施；</p> <p>(4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令 第449号，2005年12月1日起施行；2019年修改，国务院令 第709号，2019年3月2日施行；</p> <p>(5) 《建设项目环境保护管理条例》（修订版），国务院令 第682号，2017年10月1日发布施行；</p> <p>(6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），生态环境部部令 第20号，2021年1月4日起施行；</p> <p>(7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部部令 第16号，2021年1月1日起施行；</p> <p>(8) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令 第18号，2011年5月1日起施行；</p> <p>(9) 《关于发布〈射线装置分类〉的公告》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年 第66号，2017年12月5日起施行；</p> <p>(10) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年修改，国家发展和改革委员会令 第7号）2024年2月1日起施行；</p> <p>(11) 《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正本），江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第2号公告，2018年5月1日起实施；</p> <p>(12) 《关于发布〈建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法〉配套文件的公告》，生态环境部公告 2019年 第38号，2019年10月25日发布；</p> |
|-------------|--|

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>(13) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》，生态环境部公告2019年第39号，2019年10月25日发布；</p> <p>(14) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部公告2019年第57号，2019年12月24日发布；</p> <p>(15) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境部部令第9号，2019年11月1日起施行；</p> <p>(16) 《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资发〔2022〕142号，2022年8月16日起试行；</p> <p>(17) 《江苏省关于加强生态红线监督管理的通知》，苏自然资函〔2023〕880号，2023年10月10日发布；</p> <p>(18) 《江苏省辐射事故应急预案》（2020年修订版），苏政办函〔2020〕26号，2020年2月19日发布。</p> |
| <p>技术<br/>标准</p> | <p>(1) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）；</p> <p>(2) 《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）；</p> <p>(3) 《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）；</p> <p>(4) 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）；</p> <p>(5) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；</p> <p>(6) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）；</p> <p>(7) 《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）；</p> <p>(8) 《环境<math>\gamma</math>辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）。</p>                                      |
| <p>其他</p>        | <p>附图：</p> <p>(1) 常州市第二人民医院搬迁1台DSA项目地理位置图；</p> <p>(2) 常州市第二人民医院延陵院区平面布局及周围环境示意图；</p> <p>(3) 本项目DSA机房平面布局及周围环境示意图；</p> <p>(4) 常州市第二人民医院延陵院区3#病房楼负一楼平面布局示意图；</p> <p>(5) 常州市第二人民医院延陵院区3#病房楼一楼平面布局示意图；</p>  |

(6) 常州市第二人民医院延陵院区 3#病房楼二楼平面布局示意图。

**附件：**

- (1) 项目委托书；
- (2) 射线装置使用承诺书；
- (3) 屏蔽防护设计说明；
- (4) 辐射安全许可证正副本复印件；
- (5) 搬迁 DSA 原有环保手续履行情况；
- (6) 一般项目环评批复；
- (7) 医院原有核技术利用项目基本情况一览表；
- (8) 辐射安全管理机构、制度文件；
- (9) 辐射环境本底监测报告；
- (10) 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书；
- (11) 辐射工作人员培训合格证书及职业健康体检报告；
- (12) 辐射工作人员近一年内个人剂量监测报告。

## 表 7 保护目标与评价标准

### 评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的规定，结合本项目的特点，确定本项目评价范围为本次搬迁 1 台 DSA 项目工作场所实体屏蔽墙体边界外周围 50m 范围内区域，评价范围详见附图 2。

### 保护目标

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142 号）和《江苏省关于加强生态红线监督管理的通知》（苏自然资函〔2023〕880 号）要求，经江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于常州市中心城区（天宁区）重点管控单元（编码：ZH32040223869）内，不在常州市生态保护红线内，评价范围内也不涉及优先保护单元和一般管控单元。对照《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022），本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东南侧至院外御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号（商用、居民混合楼，最近处约 37m），西南侧至院外延陵中路（最近处约 49m），西北侧位于医院范围内，东北侧至院外武青路（最近处约 43m）。项目评价范围内除御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号外，无学校、其他居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要为从事本项目的辐射工作人员、院内的其他医务人员、病患、院内公众及御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号公众等。详见表 7-1。

表 7-1 本项目保护目标一览表

| 保护对象类型 | 场所 | 方位/位置 | 距本项目最近距离 | 人口规模 | 保护要求 |
|--------|----|-------|----------|------|------|
|--------|----|-------|----------|------|------|

|         |           |           |        |         |          |
|---------|-----------|-----------|--------|---------|----------|
| 辐射工作人员  | DSA 机房    | 控制室、机房内   | /      | 6 人     | 5mSv/a   |
| 评价范围内公众 | 3#病房楼     | DSA 机房东南侧 | 约 2.8m | 约 10 名  | 0.1mSv/a |
|         |           | DSA 机房西南侧 | 约 7.6m | 约 20 名  |          |
|         |           | DSA 机房东北侧 | 毗邻     | 约 15 名  |          |
|         |           | DSA 机房下方  | 约 1m   | 流动人员    |          |
|         |           | DSA 机房上方  | 约 3m   | 约 25 人  |          |
|         | 院内道路      | 3#病房楼西南侧  | 约 36m  | 流动人员    |          |
|         |           | 3#病房楼西北侧  | 毗邻     | 流动人员    |          |
|         |           | 3#病房楼东北侧  | 约 18m  | 流动人员    |          |
|         | 延青路       | 医院东南侧     | 约 19m  | 流动人员    |          |
|         | 御和苑商铺 6 号 | 医院东南侧     | 约 37m  | 约 30 人  |          |
|         | 御和苑 3-6 号 | 医院东南侧     | 约 37m  | 约 30 人  |          |
|         | 延陵中路      | 医院西南侧     | 约 49m  | 流动人员    |          |
|         | 综合楼       | 3#病房楼西北侧  | 约 9m   | 约 300 人 |          |
| 武青路     | 3#病房楼东北侧  | 约 43m     | 流动人员   |         |          |

本项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。

### 评价标准

#### 一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）：

工作人员职业照射和公众照射剂量限值

| 对象           | 要求  |
|--------------|---|
| 职业照射<br>剂量限值 | 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值：<br>①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv；<br>②任何一年中的有效剂量，50mSv；<br>③眼晶体的年当量剂量，150mSv；<br>④四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。 |
| 公众照射<br>剂量限值 | 实践使公众中有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值：<br>①年有效剂量，1mSv；<br>②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv；<br>③眼晶体的年当量剂量，15mSv；         |



④皮肤的年当量剂量，50mSv。

## 辐射工作场所的分区

应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

### 控制区：

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

### 监督区：

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

## 二、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）：

### 5 X射线设备防护性能的技术要求

#### 5.8 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备防护性能的专用要求

5.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备应满足其相应设备类型的防护性能专用要求。

5.8.2 在机房内应具备工作人员在不变换操作位置情况下能成功切换透视和摄影功能的控制键。

5.8.3 X 射线设备应配备能阻止使用焦皮距小于 20cm 的装置。

5.8.4 介入操作中，设备控制台和机房内显示器上应能显示当前受检者的辐射剂量测定指示和多次曝光剂量记录。

### 6 X射线设备机房防护设施的技术要求

#### 6.1 X射线设备机房布局

6.1.1 应合理设置 X 射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

6.1.2 X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

6.1.3 每台固定使用的 X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求。

6.1.4 移动式 X 射线机（不含床旁摄影机和急救车配备设备）在使用时，机房应满足相应布局要求。

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的 X 射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 2 的规定。

表 2 X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

| 机房类型                                     | 机房内最小有效使用面积 <sup>d</sup><br>m <sup>2</sup> | 机房内最小单边长度 <sup>e</sup><br>m |
|--|--|-----------------------------|
| 单管头 X 射线设备 <sup>b</sup> （含 C 形臂，乳腺 CBCT） | 20   | 3.5                         |

## 6.2 X射线设备机房屏蔽

6.2.1 不同类型 X 射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表 3 的规定。

表 3 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

| 机房类型          | 有用线束方向铅当量<br>mmPb | 非有用线束方向铅<br>当量 mmPb |
|---------------|-------------------|---------------------|
| C 形臂 X 射线设备机房 | 2.0               | 2.0                 |

## 6.3 X射线设备机房屏蔽体外剂量水平

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a) 具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于  $2.5\mu\text{Sv/h}$ ；测量时，X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；

b) CT 机、乳腺摄影、乳腺 CBCT、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影、口腔 CBCT 和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率应不大于  $2.5\mu\text{Sv/h}$ ；

c) 具有短时、高剂量率曝光的摄影程序（如 DR、CR、屏片摄影）机房外的周围剂量当量率应不大于  $25\mu\text{Sv/h}$ ，当超过时应进行机房外人员的年有效剂量评估，应不大于  $0.25\text{mSv}$ ；

d) 车载式诊断 X 射线设备工作时，应在车辆周围 3m 设立临时控制区，控制区边界的周围剂量当量率应符合 6.3.1 中 a) ~c) 的要求。

## 6.4 X射线设备工作场所防护

6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。

6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。

6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。

6.4.11 车载式诊断 X 射线设备工作场所的选择应充分考虑周围人员的驻留条件，X 射线有用线束应避免人员停留和流动的路线。

6.4.12 车载式诊断 X 射线设备的临时控制区边界上应设立清晰可见的警告标志牌（例如：“禁止进入 X 射线区”）和电离辐射警告标志。临时控制区内不应有无关人员驻留。

## 6.5 X射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求

6.5.1 每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4 基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于  $0.25\text{mmPb}$ ；介入防护

手套铅当量应不小于 0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于 0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于 2mmPb。

6.5.4 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb。

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

6.5.6 对于移动式 X 射线设备使用频繁的场合（如：重症监护、危重病人救治、骨科复位等场所），应配备足够数量的移动铅防护屏风。

表 4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求

| 放射检查类型 | 工作人员                                 |                                       | 受检者                                |        |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|
|        | 个人防护用品                               | 辅助防护设施                                | 个人防护用品                             | 辅助防护设施 |
| 介入放射操作 | 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套<br>选配：铅橡胶帽子 | 铅悬挂防护屏/铅防护帘、床侧防护帘/床侧防护屏<br>选配：移动铅防护屏风 | 铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套<br>选配：铅橡胶帽子 | —      |

注 1：“—”表示不做要求。

注 2：各类个人防护用品和辅助防护设施，指防电离辐射的用品和设施。鼓励使用非铅材料防护用品，特别是非铅介入防护手套。

### 7 X 射线设备操作的防护安全要求

7.8 介入放射学和近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备操作的防护安全要求。

7.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备应满足其相应设备的防护安全操作要求。

7.8.2 介入放射学用 X 射线设备应具有记录受检者剂量的装置，并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中，需要时，应能追溯到受检者的受照剂量。

7.8.3 除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留；对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其他人员在机房内停留。

7.8.4 穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员，其个人剂量计佩戴要求应符合 GBZ 128 的规定。

7.8.5 移动式 C 形臂 X 射线设备垂直方向透视时，球管应位于病人身体下方；水平方向透视时，工作人员可位于影像增强器一侧，同时注意避免有用线束直接照射。

## 三、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）：

### 5.3 佩戴

5.3.1 对于比较均匀的辐射场，当辐射主要来自前方时，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前或锁骨对应的领口位置；当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在背部中间。

5.3.2 对于如介入放射学、核医学放射性药物分装与注射等全身受照不均匀的工作情况，应在铅围裙外锁骨对应的领口位置佩戴剂量计。

5.3.3 对于 5.3.2 所述工作情况，建议采用双剂量计监测方法（在铅围裙内躯干上再佩戴另一个剂量计），且宜在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计（如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等）。

#### 四、项目限值

综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）等评价标准要求，本项目剂量约束值为：职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv。距 DSA 机房墙体、门、观察窗表面外 30cm 处、顶棚上方（楼上）距顶棚地面 100cm 处、地面下方（楼下）距楼下地面 170cm 处的辐射剂量率目标控制值均为 2.5 $\mu$ Sv/h。

#### 五、参考资料：

（一）《辐射防护导论》，方杰主编。

（二）《辐射防护手册（第一分册）》，李德平、潘自强主编。

（三）《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第 13 卷第 2 期，1993 年 3 月），江苏省环境监测站。

江苏省环境天然 $\gamma$ 辐射水平（单位：nGy/h）

|        | 原野剂量率     | 道路剂量率      | 室内剂量率      |
|--------|-----------|------------|------------|
| 测值范围   | 33.1~72.6 | 18.1~102.3 | 50.7~129.4 |
| 均值     | 50.4      | 47.1       | 89.2       |
| 标准差（s） | 7.0       | 12.3       | 14.0       |

注：测量值已扣除宇宙射线响应值，评价时采用“测值范围”作为辐射现状评价的参考数值。

## 表 8 环境质量和辐射现状

### 环境质量和辐射现状

#### 一、项目位置、布局和周边环境

常州市第二人民医院延陵院区位于常州市天宁区延陵中路 468 号，延陵院区东南侧为延青路，西南侧为延陵中路，西北侧为丹青路，东北侧为武青路。

常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目拟建址位于延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房。3#病房楼东南侧为院外延青路，西南侧、西北侧、东北侧均为院内道路。

本项目 DSA 机房位于延陵院区 3#病房楼一楼导管室，机房东南侧为控制室，西南侧为设备间、准备区，西北侧为室外道路，东北侧为库房及污物通道，机房下方为配电间及非机动车库，机房上方为治疗室、示教室及过道。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东南侧至院外御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号（商用、居民混合楼，最近处约 37m），西南侧至院外延陵中路（最近处约 49m），西北侧位于医院范围内，东北侧至院外武青路（最近处约 43m）。项目评价范围内除御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号外，无学校、其他居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要为从事本项目的辐射工作人员、院内的其他医务人员、病患、院内公众及御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号公众等。

本项目 DSA 机房周边环境现状见图 8-1~图 8-6。



图 8-1 DSA 机房室拟建址



图 8-2 DSA 机房拟建址东南侧  
(拟建控制室)

|   |   |
|---|---|
|  <p>拟建址南<br/>地点：常州市·天顺御和苑<br/>经纬度：31.771375°N,119.971901°E<br/>今日水印相机</p>  |  <p>拟建址西侧<br/>地点：常州市·天顺御和苑<br/>经纬度：31.771560°N,119.970728°E<br/>今日水印相机</p>  |
| <p>图 8-3 DSA 机房拟建址西南侧<br/>(拟建准备区)</p>   | <p>图 8-4 DSA 机房拟建址西北侧 (院内道路)</p>  |
|  <p>拟建址北<br/>地点：常州市·天顺御和苑<br/>经纬度：31.771363°N,119.971808°E<br/>今日水印相机</p> |  <p>拟建址楼上<br/>地点：常州市·天顺御和苑<br/>经纬度：31.771007°N,119.969957°E<br/>今日水印相机</p> |
| <p>图 8-5 DSA 机房拟建址东北侧 (拟建库房)</p>  | <p>图 8-6 DSA 机房拟建址楼上<br/>(拟建示教室、治疗室)</p>  |

## 二、辐射环境现状调查

根据《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)、《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)相关方法和要求,在进行环境现场调查时,于延陵院区3#病房楼一楼导管室 DSA 机房拟建址及其周围进行布点,测量本底辐射剂量率,监测结果见表 8-1,监测点位示意图见图 8-7、图 8-8。

监测单位:南京瑞森辐射技术有限公司

检测仪器:6150 AD 6/H+6150 AD-b/H 型 X- $\gamma$ 辐射监测仪(设备编号:NJRS-126,检定有效期:2023 年 10 月 30 日~2024 年 10 月 29 日,检定单位:江苏省计

量科学研究院，检定证书编号：Y2023-0173796)

能量响应：20keV~7MeV

测量范围：1nSv/h~99.9μSv/h

监测项目：X-γ辐射剂量率

监测日期：2023年12月5日

天气：多云

温度：17℃

湿度：36%RH

监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）有关布点原则进行布点。

质量控制：本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过计量认证（见附件9），具备有相应的检测资质和检测能力，监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）的要求，实施全过程质量控制。

数据记录及处理：开机预热，手持仪器。一般保持仪器探头中心距离地面（基础面）为1m。仪器读数稳定后，每个点位读取10个数据，读取间隔不小于10s。每组数据计算每个点位的平均值并计算标准差。空气比释动能和周围剂量当量的换算系数参照《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021），使用<sup>137</sup>Cs作为检定/校准参考辐射源时，换算系数取1.20Sv/Gy。

监测人员、监测仪器及监测结果：监测人员均经过考核，监测仪器经过计量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过校准或检验，监测报告实行三级审核。

评价方法：参照江苏省天然γ辐射剂量水平调查结果，评价项目周围的辐射环境质量。

表 8-1 本项目 DSA 机房拟建址及其周围环境γ辐射剂量率检测结果

| 测点编号 | 点位描述        | 测量结果(nGy/h) | 备注 |
|------|-------------|-------------|----|
| 1    | DSA 机房拟建址东部 | 110         | 室内 |
| 2    | DSA 机房拟建址中部 | 106         | 室内 |

|    |                        |     |    |
|----|------------------------|-----|----|
| 3  | DSA 机房拟建址西部            | 108 | 室内 |
| 4  | DSA 机房拟建址东南侧（控制室拟建址）   | 92  | 室内 |
| 5  | DSA 机房拟建址西南侧（治疗准备区拟建址） | 90  | 室内 |
| 6  | DSA 机房拟建址西南侧（设备间拟建址）   | 91  | 室内 |
| 7  | DSA 机房拟建址西北侧（室外道路）     | 81  | 道路 |
| 8  | DSA 机房拟建址东北侧（库房拟建址）    | 97  | 室内 |
| 9  | DSA 机房拟建址东北侧（污物通道拟建址）  | 92  | 室内 |
| 10 | DSA 机房拟建址楼上            | 78  | 室内 |
| 11 | DSA 机房拟建址楼下            | 95  | 室内 |
| 12 | 常州市第二人民医院东南侧延青路        | 84  | 道路 |
| 13 | 常州市第二人民医院东南侧御和苑 3-6 号  | 83  | 道路 |
| 14 | 常州市第二人民医院东南侧御和苑商铺 6 号  | 83  | 道路 |
| 15 | 常州市第二人民医院西南侧延陵中路       | 85  | 道路 |
| 16 | 常州市第二人民医院综合楼拟建址        | 87  | 道路 |
| 17 | 常州市第二人民医院东北侧武青路        | 82  | 道路 |

注：1.辅房拟建址检测人员不可进入；

2.上表数据已扣除检测仪器宇宙射线响应值（本次检测所用仪器宇宙射线响应值为 30nGy/h）。环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量结果按照《环境 $\gamma$ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）中公式 $\dot{D}_\gamma = k_1 \times k_2 \times R_\gamma - k_3 \times \dot{D}_c$ 计算，其中， $k_1$ 为仪器检定/校准因子； $k_2$ 为仪器检验源效率因子； $k_3$ 为建筑物对宇宙射线的屏蔽修正因子，楼房取 0.8，平房取 0.9，原野、道路取 1。






图 8-7 常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目现场检测点位平面示意图 (1)



图 8-8 常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目现场检测点位平面示意图 (2)

由表 8-1 中监测结果可知，常州市第二人民医院本次搬迁 1 台 DSA 项目拟建址及其周围环境室内 $\gamma$ 辐射剂量率在 78nGy/h~110nGy/h 之间，属江苏省室内 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平；室外（道路） $\gamma$ 辐射剂量率为 81nGy/h~87nGy/h，属江苏省道路 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平。上述测量结果均位于江苏省环境天然 $\gamma$ 辐射水平范围内，属正常水平。

表 9 项目工程分析与源项

## 工程设备与工艺分析

### 一、工程设备

常州市第二人民医院拟将城中院区外科楼一楼 DSA 室的 1 台 DSA（型号为飞利浦 UNIQ FD 20，最大管电压 125kV，最大管电流 1250mA）搬迁至延陵院区 3# 病房楼一楼导管室 DSA 机房，用于开展医疗诊断和介入治疗。

DSA 因其整体结构像大写的“C”，因此也称作 C 形臂 X 射线设备，DSA 由 X 射线发生装置，包括 X 射线球管及其附件、高压发生器、X 射线控制器等，和图像检测系统，包括光栅、影像接收器、光学系统、线束支架、检查床、输出系统等部件组成。本项目 DSA 为悬吊式 C 形臂 X 射线设备，射线球管与影像接收器分别安装于 C 形臂两端，C 形臂上设有滑轨，C 型臂与悬吊臂连接处设有转轴，悬吊臂与机房天花板上挂架连接处也设有转轴。通过两个转轴的转动和 C 型臂的滑动，可使有用线束照射方向朝向各个方向。本项目飞利浦 UNIQ FD 20 型 DSA 外观如图 9-1 所示，其主射线朝向不同方向的状态如图 9-2 所示。



图 9-1 飞利浦 UNIQ FD 20 型 DSA



图 9-2 飞利浦 UNIQ FD 20 型 DSA 有用线束不同方向的照射状态

本项目拟搬迁 1 台 DSA 主要设备技术参数见表 9-1。

表 9-1 本项目 DSA 主要设备技术参数

| 指标    | 技术参数                         |
|-------|------------------------------|
| 型号    | 飞利浦 UNIQ FD 20               |
| 球管类型  | 单球管（下球管/栅控球管）                |
| 额定管电压 | 125kV                        |
| 额定管电流 | 1250mA                       |
| 滤过    | 2.5mmAl 固有过滤+其它附加过滤          |
| 焦皮距   | ≥45cm                        |
| 照射野   | 最大：28cm×38cm<br>最小：11cm×11cm |

注：本项目 DSA 技术参数由建设单位提供。

本项目拟搬迁 1 台 DSA 配套设备配置情况见表 9-2。

表 9-2 本项目 DSA 配套设备一览表

| 序号 | 名称  | 数量  | 用途     | 位置  |
|----|-----|-----|--------|-----|
| 1  | 电源柜 | 1 套 | DSA 配电 | 设备间 |

|   |       |     |           |     |
|---|-------|-----|-----------|-----|
| 2 | 高压发生柜 | 1 套 | DSA 高压装置  | 设备间 |
| 3 | 系统控制柜 | 1 套 | 设备控制和数据传输 | 设备间 |
| 4 | 控制系统  | 1 套 | DSA 设备操作  | 控制室 |

## 二、工作原理及工作流程

### 1、工作原理

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA 是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法，是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前，首先进行第一次成像，并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后，再次成像并转换成数字信号。两次数字相减，消除相同的信号，获得一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示；由于造影剂用量少、浓度低、损伤小、较安全，节省胶片使造影价格低于常规造影。通过医用血管造影 X 射线机处理的图像，使血管的影像更为清晰，在进行介入手术时更为安全。DSA 系统结构图见图 9-3。




图 9-3 DSA 系统结构图

DSA 是引导介入放射治疗的重要医学影像设备，通过置入体内的各种导管（约 1.5~2 毫米粗）的体外操作和独特的处理方法，对体内病变进行治疗。介入治疗具

有不开刀、创伤小、恢复快、效果好的特点，目前，基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械，介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构（消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等），以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗。

## 2、工作流程及产污环节分析

患者在进行 DSA 诊断和在 DSA 引导下进行介入治疗时，先仰卧进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张血管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在 X 射线透视下将导管送达静脉，顺序取血测定静、动脉，并保留影像记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。本项目 DSA 在进行曝光时分为两种情况：

第一种情况：血管减影检查。操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对患者进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗和控制室观察机房内患者情况，并通过对讲系统与患者交流。

第二种情况：引导介入治疗。患者需要进行介入手术治疗时，为更清楚的了解患者情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅帘后身着铅服、铅眼镜在机房内对患者进行直接的介入手术操作。

本项目采用先进的数字显影技术，电脑成像，不使用显（定）影液，不产生废显影液、废定影液和废胶片，注入的造影剂不含放射性。设备运行过程中产生的污染物主要为 X 射线、少量臭氧和氮氧化物以及手术过程中产生的医疗废物。DSA 项目工作流程及产污环节如图 9-4。






图 9-4 本项目 DSA 工作流程及产污环节示意图

## 污染源项描述

### 一、放射性污染

DSA 在工作状态下会发出 X 射线，本项目 DSA 的最大管电压为 125kV、最大管电流均为 1250mA，其主要用作血管造影检查及配合介入治疗。目前数字成像系统共有两种：影像增强器和平板探测器。影像增强器接收穿过患者躯体的 X 射线并转化为亮度增强数千倍的输出图像后，经摄像机转换为电子图像，再经 A/D 转换成数字图像；而平板探测器是直接接收穿过患者躯体的 X 射线信息后转换成数字图像。现代大型 DSA 设备普遍使用平板探测器，器转换环节少，减少了噪声，使 X 射线光子信号的损失降到了最低限度，大大提高了光电转换效率。不但保证了优质的图像质量，而且降低了射线剂量。而介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员有一定的附加辐射剂量。

DSA 产生的 X 射线是随机器的开、关而产生和消失，其穿透能力与 X 射线管的管电压和出口滤过有关。在开机出束期间，X 射线是主要污染因子。辐射场中的 X 射线包括有用线束（主束）、漏射线和散射线。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。

#### （一）有用线束

本项目 DSA 设备主射线可朝向各个方向，介入手术过程中，有用线束的射线

能量、强度与 X 射线管靶物质、管电压、管电流有关。DSA 具有自动照射量控制调节功能 (AEC)，摄影时，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，照射量率减小；如果受检者体型较胖，功率自动增强，照射量率增大。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和管电流通常留有一定的裕量。根据医院提供资料，当 DSA 运行管电压为额定电压的极端情况时，透视模式下的电流不大于 20mA，摄影模式下的电流不大于 500mA；DSA 正常运行时，透视模式的工况为 (60~80) kV/ (5~20) mA，摄影模式的工况为 (60~80) kV/ (100~500) mA。

DSA 运行时离靶 1 米处的 X 射线发射率根据运行时管电压和 DSA 的 X 射线管的过滤条件从《辐射防护导论》(方杰著)附图 3 中查取。本项目 DSA 过滤材料按照 2.5mmAl 滤片进行剂量预测，查《辐射防护导论》附图 3，本项目正常运行时最大电压为 80kV，离靶 1 米处的发射率约为 5mGy·m<sup>2</sup>/mA·min。

### (二) 散射线

本项目 DSA 的散射线主要考虑有用线束照射到受检者人体产生的侧向散射线，其强度与有用线束的 X 射线能量、X 射线机的输出量、散射面积和距离等有关。

### (三) 泄漏射线

根据国际放射防护委员会第 33 号出版物《医用外照射源的辐射防护》“(77) 用于诊断目的的每一个 X 射线管必须封闭在管套内，以使得位于该套管内的 X 射线管在制造厂规定的每个额定值时，离焦点 1m 处所测得的泄漏辐射在空气中的比释动能不超过 1mGy/h” (在距离源 1m 处不超过 100cm<sup>2</sup>的面积上或者在离管或源壳 5cm 处的 10cm<sup>2</sup>面积上进行平均测量)，以及《医用电气设备 第 1-3 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断 X 射线设备的辐射防护》(GB 9706.103-2020) 中 12.4 的相应要求，取本项目 DSA 离焦点 1m 处的泄漏辐射空气比释动能率为 1.0mGy/h。

**工作负荷：**根据医院提供的资料，本项目 DSA 的工作负荷情况见表 9-3。

表 9-3 本项目 DSA 工作负荷一览表

| (1) 透视 |        |            |         |
|--------|--------|------------|---------|
| 手术类别   | 年开展工作量 | 每台手术透视曝光时间 | 年透视曝光时间 |
| 心脏介入   | 150 台  | 约 15min    | 约 37.5h |



|      |       |         |         |
|------|-------|---------|---------|
| 神经介入 | 100 台 | 约 15min | 约 25h   |
| 综合介入 | 180 台 | 约 10min | 约 30h   |
| 小计   | /     | /       | 约 92.5h |

(2) 摄影

| 手术类别 | 年开展工作量 | 单次采集时间 | 单台手术采集次数 | 单台手术最大采集时间 | 年采集时间    |
|------|--------|--------|----------|------------|----------|
| 心脏介入 | 50 台   | 2~5s   | 6~10 次   | 约 0.8min   | 约 0.7h   |
| 神经介入 | 60 台   | 5-7s   | 16-50 次  | 约 6min     | 约 6.0h   |
| 综合介入 | 40 台   | 5-7s   | 2-30 次   | 约 3.5min   | 约 2.3h   |
| 小计   | /      | /      | /        | /          | 约 9h     |
| 总计   |        |        |          |            | 约 101.5h |

本项目拟搬迁 1 台 DSA 项目，劳动定员 6 人，其中手术医生 4 人，技师 1 人，护士 1 人，本项目配备人员均为原有辐射工作人员，到岗后不兼职其他辐射工作内容。根据医院提供的 DSA 工作负荷，机房内手术位辐射工作人员（医生、护士）年接触射线时间不超过 36.7h，技师在控制室进行隔室操作设备，隔室操作时间不超过 45.7h，包括透视和摄影。辐射工作人员年工作时间不超过 250 天。

## 二、非放射性污染

### (一) 废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

### (二) 废水

主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网。

### (三) 固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集，交市政环卫部门处置。

**表 10 辐射安全与防护**

**项目安全措施**

**一、工作场所布局合理性**

**(一) 工作场所布局合理性**

常州市第二人民医院拟将城中院区外科楼一楼 DSA 室的 1 台 DSA（型号为飞利浦 UNIQ FD 20，最大管电压 125kV，最大管电流 1250mA）搬迁至延陵院区 3# 病房楼一楼导管室 DSA 机房，用于开展医疗诊断和介入治疗。DSA 配套独立用房，房间由射线装置机房和控制室及其他辅助用房组成。DSA 机房控制室与射线装置机房分开单独布置，区域划分明确，项目布局合理。

**(二) 两区划分**

**1、分区原则**

按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求，将本项目辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

**控制区**—把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

**监督区**—通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价的区域。

**2、控制区与监督区的划分**

本次环评根据控制区和监督区的定义，结合项目辐射防护和环境情况特点进行辐射防护分区划分。医院拟将 DSA 机房内部划分为控制区，该区域涉及射线装置使用区域，属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）定义的控制区，进行了专门的屏蔽防护设计；其余房间如：控制室、设备间、治疗准备区、辅房、库房、污物通道及污洗间等属《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）定义和监督区。

本项目控制区和监督区划分情况见表 10-1，并在图 10-1 上进行了标识。

表 10-1 项目控制区和监督区划分情况

| 科室名称 | 控制区 | 监督区 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|






图 10-2 电离辐射警告标志

- ②制定辐射防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序；
- ③运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区；
- ④定期审查控制区的实际状况，以确保是否有必要改变该区的防护手段、安全措施或该区的边界。

2) 监督区防护手段与安全措施

- ①以黄线警示监督区的边界；
- ②在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌；
- ③定期检查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是否需要更改监督区的边界。

二、辐射防护屏蔽设计

本项目 DSA 机房位于医院延陵院区 3#病房楼一楼，DSA 机房东西长约 7.63m，南北长 5.34m，有效使用面积约为 39.7m<sup>2</sup>，层高 5.20m（机房内吊顶高度 2.9m），具体屏蔽设计参数见表 10-2。

表 10-2 DSA 机房屏蔽设计一览表

| 序号 | 射线装置名称型号             | 数量  | 最大管电压 (kV) | 最大管电流 (mA) | 工作场所名称                  | 屏蔽设计参数 (厚度及材质)   |
|----|----------------------|-----|------------|------------|-------------------------|--|
| 1  | DSA (飞利浦 UNIQ FD 20) | 1 台 | 125        | 1250       | 延陵院区 3#病房楼 一楼导管室 DSA 机房 | 四周墙体：240mm 实心砖+3mm 铅当量硫酸钡涂料；<br>顶面：100mm 混凝土+3mm 铅板；<br>地面：120mm 混凝土+3mm 铅当量硫酸钡涂料；<br>防护门：4mm 铅板；<br>铅玻璃窗：4mm 铅当量铅玻璃 |

注：铅密度为 11.3g/cm<sup>3</sup>，混凝土密度为 2.35g/cm<sup>3</sup>，硫酸钡涂料密度为 3.2g/cm<sup>3</sup>。

本项目机房屏蔽设计时，机房电缆线通过低于地坪的“U”形地沟穿墙至控制室，地沟穿墙洞口处采用铅板进行覆盖；观察窗防护铅玻璃内嵌到防护墙内并在

四周用铅皮进行包裹，机房门与墙、窗与墙之间的重叠应大于相关缝隙的 10 倍。

本项目 DSA 机房进风口设置于与控制室联通的侧墙上，距顶约 10cm；排风口位于机房两侧墙体底部，距地面约 10cm。进、出风管道穿防护墙处采用“L”型布设，风管采用 3mm 厚铅皮包裹，风管与墙体交接处使用 3mm 厚铅皮搭接，该措施满足防护屏蔽要求。

### 三、辐射安全措施

#### （一）电离辐射警告标志

DSA 机房入口处拟设置有电离警告标志和中文警示说明；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

#### （二）门灯联动

DSA 机房患者入口防护门上方和污物通道门上方均拟设置工作状态指示灯，灯箱上拟设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动，防护门关闭的情况下，工作状态指示灯才亮。本项目 DSA 机房患者入口防护门、医护入口防护门为推拉式电动机房门，拟设置自动闭门装置和防夹措施；污物通道防护门为平开机房门，拟设置自动闭门装置。

#### （三）急停按钮

DSA 控制室设置 1 个急停按钮，机房内的治疗床边操作面板自带 1 个急停按钮，各按钮分别与 X 射线系统连接，在出现紧急情况下，按下急停按钮，即可停止 X 射线系统出束。

#### （四）观察窗或摄像监控装置和对讲装置

DSA 机房控制室墙体上设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况。DSA 机房控制室拟设置对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流。

#### （五）防护用品

医院为 DSA 项目工作人员配备的辐射防护装置及个人防护用品主要有铅衣、铅眼镜、铅围脖、铅围裙、铅屏风、介入防护手套、个人剂量报警仪、个人剂量计等，医院购置的介入防护手套防护能力不低于 0.025mm 铅当量，其余各类防护用品防护能力均不低于 0.5mm 铅当量。本项目 DSA 设备自带铅防护帘、床侧防护帘等辅助防护设施，其防护能力均不低于 0.5mm 铅当量。

#### （六）人员监护

医院拟为本项目配备 6 名辐射工作人员，应为辐射工作人员配备个人剂量计（采用双剂量计监测方法），并定期送检且做好个人剂量档案管理工作。该医院应开展辐射工作人员的职业健康监护，定期安排其在有相应资质医院体检，建立个人职业健康监护档案。

### （七）规章制度

完善并落实射线装置相关的安全使用制度、管理制度，从事辐射工作的医务人员均须参加放射工作的培训与辐射安全培训考核。医务人员在操作过程中遵守以上制度，严格按操作程序，避免发生事故。

### （八）其他辐射安全措施

介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入治疗的效应和操作时，其辐射损伤必须要加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X 射线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，根据辐射防护“三原则”，医院还应在以下方面加强对介入治疗的防护工作：

1、操作中减少透视时间和减少照相的次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

2、一般说来，降低患者剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应该技术熟练、动作迅速，以减少患者和介入人员的剂量。

3、所有在介入治疗手术室内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，控制和减少工作人员的受照剂量。

4、引入的 DSA 及配套设备必须符合国际的或者国家的标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；设备应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，并尽可能提高图像质量。

5、介入人员应该结合 DSA 设备的特点，了解一些降低剂量的方法，比如脉冲透视、优化滤线器、除滤线栅、图像处理、低剂量透视等方法。

6、加强 DSA 设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其他相关设备应该定期进行检测。

7、临床介入手术时，介入医生需站在 DSA 床边操作，仅依赖于医务人员身着铅橡胶围裙、机器自带的铅防护帘等防护设备被动防护。一般来说，床下球

管机对医务人员的辐射剂量，由头、颈、胸至腹部呈现剂量逐渐上升的趋势，故操作人员除个人防护用品外，应着重考虑 X 射线机操作侧的屏蔽，该屏蔽要做到既不影响操作者的操作，又能达到防护目的，且能消毒。本项目 DSA 设备自带床侧防护帘、铅防护帘及铅悬挂防护屏，以上组合屏蔽防护措施的设置，能够有效降低介入手术医务人员的吸收剂量。



图 10-3 本项目 DSA 机房辐射安全设施平面布置示意图

#### 四、监测仪器和防护用品

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，使用 II 类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。

常州市第二人民医院本次搬迁的 DSA 原已配备有辐射巡测仪 1 台和个人剂量报警仪 2 台。医院已为辐射工作人员配备个人防护用品（具体配备情况见表 10-3），辐射工作人员工作时将佩戴个人剂量计，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员采用双剂量计监测方法，以监测累积受照情况。医院拟定期组织辐射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立辐射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

表 10-3 个人防护用品和辅助防护设置配置符合性

| 设备名称 | 分项 |        | 《放射诊断放射防护要求》<br>(GBZ130-2020) 要求 | 本项目拟采取措施                                 |
|------|----|--------|----------------------------------|--|
| DSA  | 工作 | 个人防护用品 | 铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套         | 4 件铅衣（0.5mm 铅当量）、3 件铅围脖（0.5mm 铅当量）、4 件帽子 |

|     |        |        |  |  |
|-----|--------|--------|--|--|
|     | 人员     |        | 选配：铅橡胶帽子                               | (0.5mm 铅当量)、4 副铅防护眼镜 (0.5mm 铅当量)、2 副介入防护手套 (0.025mm 铅当量) |
|     |        | 辅助防护设施 | 铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护屏<br>选配：移动铅防护屏风 | 1 个床侧防护帘 (0.5mm 铅当量)、1 件铅悬铅屏风 (0.5mm 铅当量)                |
| 受检者 | 个人防护用品 |        | 铅橡胶性腺防护围裙 (方形) 或方巾、铅橡胶颈套<br>选配：铅橡胶帽子   | 1 件铅围脖 (0.5mm 铅当量)、1 件铅方巾 (0.5mm 铅当量)                    |
|     |        | 辅助防护设施 | /                                      | /  |

### 三废治理

本项目搬迁 1 台 DSA，用于开展医疗诊断和介入治疗，不产生放射性废弃物。

#### 一、废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

#### 二、废水

主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网，对周围环境影响较小。

#### 三、固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。



表 11 环境影响分析

**建设阶段对环境的影响**

常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目拟建址位于医院延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房，项目建设时主要工作为墙体防护屏蔽加固、内饰装潢与设备运输、安装，将产生施工噪声、扬尘和建筑垃圾污染，建设施工时对环境会产生如下影响：

1、大气：本项目在建设施工期需进行的墙体防护屏蔽加固等作业，各种施工将产生地面扬尘，另外机械作业时排放废气和扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施：及时清扫施工场地，设立围挡，并保持施工场地一定的湿度。

2、噪声：整个建筑施工阶段，如设备运输、安装与简单的内饰装潢等施工中都产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准，尽量采用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。

3、固体废物：项目施工期间，会产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托由有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。装修人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理。

4、废水：项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，经处理后，排入市政污水管网。

医院在施工阶段计划采取上述污染防治措施，将施工期的影响控制在医院院区内部，对周围环境影响较小。

**运行阶段对环境的影响**

**一、辐射环境影响分析**

**（一）DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性分析评价**

**1、评价标准**

根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3 规定，C 形臂 X 射线设备机房主束方向、非有用线束方向屏蔽体的铅当量均应不小于 2.0mmPb。

## 2、本项目 DSA 机房各屏蔽部位的铅当量厚度核算

由表 10-2 可知，本项目 DSA 机房使用的屏蔽材料除铅以外，还涉及顶面（有用线束投射方向）的混凝土和硫酸钡；机房四侧（非有用线束投射方向）的实心砖和硫酸钡、观察窗的铅玻璃。本项目按额定管电压 125kV 的极端条件核算 DSA 机房各屏蔽部位屏蔽材料的等效铅当量厚度。

(1) 混凝土的等效铅当量厚度核算：

按照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 b) 给出的计算公式进行计算：

$$X = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln \left[ \frac{B^{-\gamma} + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}} \right] \quad \text{公式 11-1}$$

式中：X—不同屏蔽物质的铅当量厚度；

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —相应屏蔽物质（本项目为混凝土）对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数；

B—给定铅厚度的屏蔽透射因子；给定铅厚度的屏蔽透射因子 B 值对照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 a) 相应要求采用给出的计算公式进行计算：

$$B = \left[ \left( 1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{-\frac{1}{\gamma}} \quad \text{公式 11-2}$$

式中：B—给定铅厚度的屏蔽透射因子；

$\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ —铅对对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数；

X—铅厚度。

由 GBZ 130-2020 中表 C.2 查取 125kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关的拟合参数，由 NCRP147 报告 TABLE A.1、TABLE C.1 查取 80kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关的拟合参数和 70kV 管电压工况下 X 射线（散射）辐射衰减的有关的拟合参数，列于表 11-1：

表 11-1 不同管电压工况下 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数

| 管电压       | 屏蔽材料 | $\alpha$ | $\beta$ | $\gamma$ | 备注      |
|-----------|------|----------|---------|----------|---------|
| 125kV（主束） | 铅    | 2.219    | 7.923   | 0.5386   | 额定最大管电压 |
|           | 混凝土  | 0.03502  | 0.07113 | 0.6974   |         |

|           |     |        |       |        |         |
|-----------|-----|--------|-------|--------|---------|
|           | 实心砖 | 0.0287 | 0.067 | 1.346  |         |
| 80kV (主束) | 铅   | 4.040  | 21.69 | 0.7187 | 常用最大管电压 |
| 70kV (散射) | 铅   | 5.369  | 23.49 | 0.5883 |         |

本项目机房屏蔽部位涉及的混凝土，分别按公式 11-2、公式 11-1 计算其屏蔽透射因子  $B$ 、铅当量厚度  $X$ ，计算结果列于表 11-2。

表 11-2 混凝土、实心砖屏蔽透射因子  $B$ 、铅当量厚度  $X$  计算结果

| 管电压           | 屏蔽材料      | 屏蔽透射因子 $B$ | 铅当量厚度 $X$ (mm) |
|---------------|-----------|------------|----------------|
| 125kV<br>(主束) | 240mm 实心砖 | 4.17E-04   | 2.3            |
|               | 120mm 混凝土 | 3.21E-03   | 1.4            |
|               | 100mm 混凝土 | 6.70E-03   | 1.2            |

### (3) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性

根据前述各屏蔽材料的等效铅当量厚度核算情况，可对本项目 DSA 机房屏蔽体等效铅当量进行汇总，结果见下表：

表 11-3 DSA 机房屏蔽设计评价结果表

| 屏蔽体    | 屏蔽设计参数   | 125kV 等效铅当量 | 屏蔽要求  | 评价 |
|--------|--|-------------|---|----|
| 四侧墙体   | 240mm 实心砖+3mm 铅当量硫酸钡涂料   | 5.3mm       | 介入 X 射线设备机房屏蔽防护铅当量厚度要求：有用线束方向铅当量 2.0mm。                 | 满足 |
| 顶面     | 100mm 混凝土+3mm 铅板   | 4.2mm       |   | 满足 |
| 地面     | 120mm 混凝土+3mm 铅当量硫酸钡涂料   | 4.4mm       |   | 满足 |
| 防护门    | 4mm 铅板   | 4mm         |   | 满足 |
| 观察窗    | 4mm 铅当量铅玻璃   | 4mm         |   | 满足 |
| 机房有效面积 | DSA 机房有效使用面积约为 39.68m <sup>2</sup> ，最小单边长度为 5.34m，层高 5.20m（装饰面层下机房高 2.9m）。 |             | 单管头 X 射线机机房内最小有效新建面积不小于 20m <sup>2</sup> ，单边长度不小于 3.5m。 | 满足 |

注：1、屏蔽要求引自《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3；

2、本项目 DSA 主射线可朝向各个方向。

由表 11-3 可知，本项目 DSA 机房在额定最大管电压为 125kV 工况下屏蔽防护措施均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中 C 形臂 X 射线设备机房的相关要求，即：屏蔽铅当量不少于 2mm。本项目 DSA 机房的有效使用面积、

最小单边长度均满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中单管头 X 射线设备机房的相关要求，即：有效使用面积不少于 20m<sup>2</sup>，最小单边长度不少于 3.5m。因此可推断 DSA 机房周围剂量当量率能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中“具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于 2.5μSv/h”的要求。

## （二）DSA 机房的辐射影响预测

本项目拟于医院延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房搬迁 1 台飞利浦 UNIQ FD 20 型 DSA，其有用线束可朝向各个方向。为了进一步评价屏蔽效果辐射防护效果，采用理论预测的方法进行影响分析，本项目 DSA 机房预测点选取如下：

- 1#-机房观察窗外 30cm，控制室；
  - 2#-机房东南侧屏蔽墙墙外 30cm，控制室；
  - 3#-机房东南侧防护门外 30cm，控制室；
  - 4#-机房西南侧防护门外 30cm，治疗准备区；
  - 5#-机房西南侧屏蔽墙外 30cm，设备间；
  - 6#-机房西北侧屏蔽墙外 30cm，室外道路；
  - 7#-机房东北侧屏蔽墙外 30cm，库房；
  - 8#-机房东北侧屏蔽墙外 30cm，污物通道；
  - 9#-机房东北侧防护门外 30cm，污物通道；
  - 10#-机房楼下地面 170cm 处，配电间、非机动车库；
  - 11#-机房楼上地面 100cm 处，示教室、治疗室。
- 共布设 11 个预测参考点，预测点布设见图 11-1、图 11-2 所示。




图 11-1 DSA 机房预测参考点位平面布设示意图




图 11-2 DSA 机房预测参考点位立面布设示意图

表 11-4 本项目 DSA 的辐射影响情况

| 操作模式 | 正常运行时最大工况  | 辐射影响对象                        |
|------|------------|-------------------------------|
| 摄影模式 | 80kV/500mA | 机房外公众、控制室操作人员                 |
| 透视模式 | 80kV/20mA  | 机房外公众、控制室操作人员；<br>机房内介入治疗操作人员 |

## 1、预测计算模式

### (1) 有用线束

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平 潘自强著）给出的X射线机散射射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.8）进行推导，得到有用线束在关注点处的辐射剂量率  $H$  的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1）继而在式中增加“有效剂量与空气比释动能转换系数”修正因子，得到有用线束有效剂量计算公式：

$$H = \frac{H_0 \cdot I \cdot B}{d^2} \cdot K \quad \text{公式 11-4}$$

式中： $H$ —关注点处有用线束有效剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$H_0$ —X 射线机发射率常数（当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1m 处由主束产生的比释动能率）， $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ；具体数值可根据 X 射线机管电压、过滤片等条件从《辐射防护导论》附图 3 查取，按本项目正常使用的最大管电压为 80kV、过滤片为 2.5mmAl 的条件从《辐射防护导论》附图 3 查得  $H_0$  为  $5\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，即  $300000\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ；

$I$ —管电流，mA；本项目透视、拍片模式下正常使用的最大管电流分取 20mA、500mA；

$d$ —关注点至 X 射线源的距离；

$B$ —屏蔽材料对散射线的透射因子，无量纲，计算公式见公式 11-2；有用线束取 80kV 管电压下  $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$  拟合参数（见表 11-1）结合屏蔽防护位置等效铅当量（见表 11-5）进行计算；

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数，Sv/Gy，查《用于光子外照射防护的剂量转换系数》（GBZ/T 144-2002）表 B2，对于本项目 DSA 运行时常用最大管电压 80kV， $K$  值取 1.67。

## (2) 散射辐射

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平 潘自强著）给出的X射线机散射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.10）进行推导，得到散射线在关注点处的有效剂量率  $H_s$  的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1），继而在公式中增加“有效剂量与空气比释动能转换系数”修正因子，得到散射辐射有效剂量率计算公式：

$$H_s = \frac{H_0 \cdot I \cdot a \cdot (s/400) \cdot B_s \cdot K}{d_0^2 \cdot d_s^2} \quad \text{公式 11-5}$$

式中： $H_s$ —关注点处散射辐射有效剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$H_0$ —X 射线机发射率常数（当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1 m 处由主束产生的比释动能率）， $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，本项目取  $5\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，即  $300000\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ ；

$I$ —管电流，mA；本项目透视、摄影模式下正常使用的最大管电流分取 20mA、500mA；

$a$ —人体对 X 射线的散射照射量与入射照射量之比值，由《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中查取。本项目常用最大管电压为 80kV，对于散射线向机房四侧墙体，从《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中采用内插法查取散射角  $90^\circ$  时 80kV 对应的  $a$  值为 0.0008；对于散射线向机房地面投射的情况，因《辐射防护手册（第一分册）》表 10.1 中无散射角  $180^\circ$  的数据，表中所列散射角中以  $135^\circ$  最接近  $180^\circ$ ，故从该表中散射角为  $135^\circ$ 、管电压为 70kV、100kV 对应的  $a$  值采用内插法求取 80kV 对应的  $a$  值为 0.0016；

$S$ —主束在受照人体上的散射面积，根据建设单位提供参数，照射野最小为  $11\text{cm} \times 11\text{cm} = 121\text{cm}^2$ ，最大为  $30\text{cm} \times 38\text{cm} = 1140\text{cm}^2$ ，考虑手术常用的最大照射面积约为  $16\text{cm} \times 16\text{cm}$ ，本项目取  $256\text{cm}^2$ ；

$d_0$ —源至受照点的距离，根据设备参数确定，本项目取  $d_0$  取最小值 0.45m（符合 ICRP 33 号报告第 98 段关于使用固定式 X 射线透视检查设备的焦皮距的要求）；

$d_s$ —受照体至关注点的距离，m；

$B_s$ —屏蔽材料对散射线的透射因子，无量纲，计算公式见式 11-2。此处

散射线是指本项目常用最大管电压（80kV，即 0.08MV）下有用线束（初级 X 射线）的散射线，其能量偏保守取有用线束侧向（散射角 $\theta=90^\circ$ ）的一次散射线能量，可借鉴康普顿散射定律计算一次散射线能量 E 与入射的初级 X 射线能量  $E_0$  之比值  $E/E_0=1/[1+E_0(1-\cos\theta)/0.511]=1/[1+0.08\times(1-\cos90^\circ)/0.511]=0.865$ ，继而计算一次散射线能量 E 对应的 kV 值为  $80\text{kV}\times 0.865=69.2\text{ kV}$ ，近似取为 70kV；取 70kV 管电压下 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 拟合参数（见表 11-1）结合屏蔽防护位置等效铅当量（见表 11-5）进行计算；

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数，Sv/Gy，查《用于光子外照射防护的剂量转换系数》（GBZ/T 144-2002）表 B2，按前述  $90^\circ$  方向一次散射线能量对应的 kV 值为 70kV， $K$  值取 1.60。

### （3）泄漏辐射

泄漏辐射剂量率  $H_L$  采用下式计算：

$$H_L = \frac{H_i \cdot B}{r^2} \cdot K \quad \text{公式 11-6}$$

式中： $H_L$ —关注点处泄漏辐射有效剂量率， $\mu\text{Sv/h}$ ；

$H_i$ —距靶 1m 处泄漏射线的空气比释动能率，mGy/h。本项目 1m 处泄漏射线的空气比释动能率取 1.0mGy/h；

$B$ —机房各屏蔽体的泄漏射线屏蔽透射因子，无量纲，计算公式见式 11-2；泄漏辐射取 80kV 管电压下 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 拟合参数（见表 11-1）结合屏蔽防护位置等效铅当量（见表 11-5）进行计算；

$K$ —有效剂量与空气比释动能转换系数，Sv/Gy，查《用于光子外照射防护的剂量转换系数》（GBZ/T 144-2002）表 B2，对于本项目 DSA 运行时常用最大管电压 80kV， $K$  值取 1.67。

## 2、预测计算结果

根据上述计算模式及预测参数，在不考虑床板、人体等吸收射线的情况下，保守计算机房周围预测点剂量率估算结果，结果见表 11-5。



表 11-5 DSA 机房周围预测点剂量率估算结果

| 预测点位                     | 照射类型           | 模式 | X<br>(mm) | B   |     |      | d<br>(m) | X 射线辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) |          |          |
|--------------------------|----------------|----|-----------|-----|-----|------|----------|--------------------------------|----------|----------|
|                          |                |    |           | 散射线 | 漏射线 | 有用线束 |          | 散射线                            | 漏射线      | 有用线束     |
| 1#-机房观察窗外 30cm, 控制室      | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 4         |     |     |      | 4.4      | 3.38E-08                       | 1.93E-06 | 1.16E-02 |
|                          |                | 摄影 |           |     |     |      |          | 8.46E-07                       |          | 2.89E-01 |
| 2#-机房东南侧屏蔽墙外 30cm, 控制室   | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 5.3       |     |     |      | 4.5      | 3.01E-11                       | 1.46E-08 | 8.75E-05 |
|                          |                | 摄影 |           |     |     |      |          | 7.53E-10                       |          | 2.19E-03 |
| 3#-机房东南侧防护门外 30cm, 控制室   | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 4         |     |     |      | 4.6      | 3.10E-08                       | 1.76E-06 | 1.06E-02 |
|                          |                | 摄影 |           |     |     |      |          | 7.74E-07                       |          | 2.64E-01 |
| 4#-机房西南侧防护门外 30cm, 治疗准备区 | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 4         |     |     |      | 3.9      | 4.31E-08                       | 2.45E-06 | 1.47E-02 |
|                          |                | 摄影 |           |     |     |      |          | 1.08E-06                       |          | 3.68E-01 |
| 5#-机房西南侧屏蔽墙外 30cm, 设备间   | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 5.3       |     |     |      | 3.26     | 5.74E-11                       | 2.78E-08 | 1.67E-04 |
|                          |                | 摄影 |           |     |     |      |          | 1.43E-09                       |          | 4.17E-03 |
| 6#-机房西北侧屏蔽墙外 30cm, 室外道路  | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 5.3       |     |     |      | 4.4      | 3.15E-11                       | 1.53E-08 | 9.15E-05 |
|                          |                | 摄影 |           |     |     |      |          | 7.87E-10                       |          | 2.29E-03 |

|                                  |     |                |    |     |  |  |  |      |          |          |          |
|----------------------------------|-----|----------------|----|-----|--|--|--|------|----------|----------|----------|
| 7#-机房东北侧屏蔽墙外<br>30cm, 库房         |     | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 5.3 |  |  |  | 3.26 | 5.74E-11 | 2.78E-08 | 1.67E-04 |
|                                  |     |                | 摄影 |     |  |  |  |      | 1.43E-09 |          | 4.17E-03 |
| 8#-机房东北侧屏蔽墙外<br>30cm, 污物通道       |     | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 5.3 |  |  |  | 3.7  | 4.45E-11 | 2.16E-08 | 1.29E-04 |
|                                  |     |                | 摄影 |     |  |  |  |      | 1.11E-09 |          | 3.24E-03 |
| 9#-机房东北侧防护门外<br>30cm, 污物通道       |     | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 4   |  |  |  | 4.58 | 3.12E-08 | 4.01E-07 | 1.07E-02 |
|                                  |     |                | 摄影 |     |  |  |  |      | 7.81E-07 |          | 2.67E-01 |
| 10#-机房楼下地面 170cm<br>处, 配电间、非机动车库 |     | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 4.4 |  |  |  | 2.8  | 1.95E-08 | 1.07E-06 | 6.44E-03 |
|                                  |     |                | 摄影 |     |  |  |  |      | 4.88E-07 |          | 1.61E-01 |
| 11#-机房楼上地面 100cm<br>处, 示教室、治疗室   |     | 有用线束、<br>散射、漏射 | 透视 | 4.2 |  |  |  | 5.7  | 1.38E-08 | 5.45E-07 | 3.27E-03 |
|                                  |     |                | 摄影 |     |  |  |  |      | 3.44E-07 |          | 8.18E-02 |
| 第一术者位                            | 铅衣内 | 散射、漏射          | 透视 | 1   |  |  |  | 0.5  | 27.54    | 9.55     | /        |
|                                  | 铅衣外 |                |    | 0.5 |  |  |  |      | 519.2    |          | 91.54    |
| 第二术者位                            | 铅衣内 | 散射、漏射          | 透视 | 1   |  |  |  | 1.0  | 6.88     | 2.39     | /        |
|                                  | 铅衣外 |                |    | 0.5 |  |  |  |      | 129.81   |          | 22.88    |

注：①X 为屏蔽材料的等效铅当量厚度；

②距离 d 从 CAD 图纸上读出，保守计算考虑，有用线束、散射线、漏射线源强位置均取 C 型臂上射线球管与影像接收器的中心点；

③术者位工作人员避开有用线束方向，身着铅衣并立于铅屏风后 (0.5mmPb+0.5mmPb)，第一术者位距离约 0.5m；第二术者位距离约 1m。

由表 11-5 的预测结果可知，本项目机房内 DSA 正常运行时，散射线、漏射线产生的辐射剂量率远小于有用线束产生的辐射剂量率，在经机房墙体、防护门等屏蔽防护后，机房周围剂量率均能满足不大于 2.5 $\mu$ Sv/h 的剂量率控制水平要求，本项目 DSA 机房屏蔽能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

### （三）周围公众及辐射工作人员年有效剂量估算

#### 1、年有效剂量估算模式

DSA 机房周围公众、控制室辐射工作人员年有效剂量计算采用联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）2000 年报告附录 A 中的计算公式进行估算：

$$H_{Er} = H_r \times T \times t \quad \text{公式 11-7}$$

式中： $H_{Er}$ —X射线外照射年有效剂量，mSv/a；

$H_r$ —关注点处剂量率， $\mu$ Sv/h；

$T$ —居留因子；

$t$ —年照射时间，h。

DSA 机房内介入操作人员的外照射辐射年有效剂量计算借鉴《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）给出的公式进行估算：

$$E = \alpha H_u + \beta H_o \quad \text{公式 11-8}$$

式中： $\alpha$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.79，无屏蔽时，取 0.84；

$H_u$ —铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，mSv；

$\beta$ —系数，有甲状腺屏蔽时，取 0.051，无屏蔽时，取 0.100；

$H_o$ —铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的  $H_p(10)$ ，mSv。

#### 2、年有效剂量估算

将有关参数代入公式 11-7，估算 DSA 机房四周公众及控制室辐射工作人员年附加剂量，见表 11-6。

表 11-6 DSA 机房四周公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量

| 关注点位置         |           | 操作模式 | $t$ (h) | $T$ | 辐射剂量率<br>( $\mu$ Sv/h) | 年有效剂量 $H_{Er}$<br>(mSv/a) |          |
|---------------|-----------|------|---------|-----|------------------------|---------------------------|----------|
| DSA<br>机<br>房 | 1#-机房观察窗外 | 透视   | 92.5    | 1   | 1.16E-02               | 1.07E-03                  | 3.67E-03 |

|  |                               |    |      |     |          |          |          |
|--|-------------------------------|----|------|-----|----------|----------|----------|
|  | 30cm, 控制室                     | 摄影 | 9    |     | 2.89E-01 | 2.60E-03 |          |
|  | 2#-机房东南侧屏蔽墙外 30cm, 控制室        | 透视 | 92.5 | 1   | 8.75E-05 | 8.09E-06 | 2.78E-05 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 2.19E-03 | 1.97E-05 |          |
|  | 3#-机房东南侧防护门外 30cm, 控制室        | 透视 | 92.5 | 1   | 1.06E-02 | 9.78E-04 | 3.36E-03 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 2.64E-01 | 2.38E-03 |          |
|  | 4#-机房西南侧防护门外 30cm, 治疗准备区      | 透视 | 92.5 | 1/4 | 1.47E-02 | 3.40E-04 | 1.17E-03 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 3.68E-01 | 8.28E-04 |          |
|  | 5#-机房西南侧屏蔽墙外 30cm, 设备间        | 透视 | 92.5 | 1/8 | 1.67E-04 | 1.93E-06 | 6.62E-06 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 4.17E-03 | 4.69E-06 |          |
|  | 6#-机房西北侧屏蔽墙外 30cm, 室外道路       | 透视 | 92.5 | 1/8 | 9.15E-05 | 1.06E-06 | 3.63E-06 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 2.29E-03 | 2.57E-06 |          |
|  | 7#-机房东北侧屏蔽墙外 30cm, 库房         | 透视 | 92.5 | 1/4 | 1.67E-04 | 3.86E-06 | 1.32E-05 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 4.17E-03 | 9.38E-06 |          |
|  | 8#-机房东北侧屏蔽墙外 30cm, 污物通道       | 透视 | 92.5 | 1/8 | 1.29E-04 | 1.50E-06 | 5.14E-06 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 3.24E-03 | 3.64E-06 |          |
|  | 9#-机房东北侧防护门外 30cm, 污物通道       | 透视 | 92.5 | 1/8 | 1.07E-02 | 1.23E-04 | 4.23E-04 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 2.67E-01 | 3.00E-04 |          |
|  | 10#-机房楼下地面 170cm 处, 配电间、非机动车库 | 透视 | 92.5 | 1/8 | 6.44E-03 | 7.45E-05 | 2.56E-04 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 1.61E-01 | 1.81E-04 |          |
|  | 11#-机房楼上地面 100cm 处, 示教室、治疗室   | 透视 | 92.5 | 1   | 3.27E-03 | 3.03E-04 | 1.04E-03 |
|  |                               | 摄影 | 9    |     | 8.18E-02 | 7.36E-04 |          |

注：由表 11-5 的预测结果可知，本项目机房内 DSA 正常运行时，散射线、漏射线产生的辐射剂量率远小于有用线束产生的辐射剂量率，因此人员有效剂量仅考虑了有用线束的影响。

由表 11-6 计算结果可知，DSA 机房四周公众、控制室辐射工作人员的年附加剂量均  $< 0.01\text{mSv}$ ，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中剂量限值要求和本项目剂量约束值要求（职业人员年有效剂量不超过  $5\text{mSv}$ ，公众年有效剂量不超过  $0.1\text{mSv}$ ）。

本项目评价范围内处于医院范围内的其他医护人员、患者及患者家属等公

众，其可达位置相比表 11-6 中参考点位置有更远的距离衰减及其他建筑结构的屏蔽作用，其所受年有效剂量将远小于表 11-6 中计算结果，也能满足本项目公众剂量约束值要求。

将有关参数代入公式 11-8，计算第一术者、第二术者年有效剂量，结果列于表 11-7。

表 11-7 DSA 机房内介入操作人员年有效剂量估算结果

| 位置   | $\alpha$ | $\beta$ | 部位  | 辐射剂量率 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) |       |        | 年照射时间 (h) | 年有效剂量 $E^*$ ( $\text{mSv/a}$ ) |
|------|----------|---------|-----|----------------------------|-------|--------|-----------|--------------------------------|
|      |          |         |     | 散射线                        | 漏射线   | 合计     |           |                                |
| 第一术者 | 0.79     | 0.051   | 铅衣内 | 27.54                      | 9.55  | 37.09  | 92.5      | 5.59                           |
|      |          |         | 铅衣外 | 519.2                      | 91.54 | 610.8  |           |                                |
| 第二术者 |          |         | 铅衣内 | 6.88                       | 2.39  | 9.27   |           | 1.40                           |
|      |          |         | 铅衣外 | 129.81                     | 22.88 | 152.69 |           |                                |

注：年有效剂量为第一、第二术者操作位全年受到的累积有效剂量。

由表 11-7 可知，DSA 机房内的介入操作第一、第二术者操作位的年有效剂量分别为 5.59mSv、1.40mSv。医院拟为本项目配备 1 名技师、1 名护师、4 名医师，实际工作中第一术者工作量可由 4 名医师分担，则每名医师年有效剂量约为 1.40mSv；第二术者位由 1 名护师承担，则护师年有效剂量约为 1.40mSv；技师在控制室进行隔室操作，由表 11-6 可知其年有效剂量不超过 0.01mSv。本项目辐射工作人员到岗后不兼职其他辐射工作内容，其年有效剂量均能满足工作人员剂量约束值 5mSv/a 的要求。

对于介入手术，由于其实际工作中 DSA 透视工况及操作时间的不确定性，辐射工作人员需要依靠佩戴个人剂量计进行跟踪性监测才能准确的测定其受照剂量的大小，按照《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）要求进行佩戴，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员采用双剂量计监测方法，医院应加强对介入手术工作人员的个人剂量监测管理，在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。介入手术工作人员均按照《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）穿戴防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入

防护手套等），并充分利用自带的铅悬挂防护屏及床侧防护帘等做好自身防护，确保其年有效剂量满足标准限值要求。

#### （四）保护目标年有效剂量估算

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东南侧至院外御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号（商用、居民混合楼，最近处约 37m），西南侧至院外延陵中路（最近处约 49m），西北侧位于医院范围内，东北侧至院外武青路（最近处约 43m）。项目评价范围内除御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号外，无学校、居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要为从事本项目的辐射工作人员、院内的其他医务人员、病患、院内公众及御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号公众等。考虑距离对射线的衰减作用，本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围内、处于院外的环境保护目标处辐射剂量率及公众年受剂量见表 11-8。

表 11-8 DSA 机房周围 50m 评价范围内环境保护目标处辐射剂量率及公众年有效剂量

| 保护目标位置<br>(方位)     | DSA 机房外<br>参考点最大<br>剂量率估算<br>值 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 距离 R<br>(m) | 保护目标处<br>剂量率估算<br>值 ( $\mu\text{Sv/h}$ ) | 年照射<br>时间<br>(h) | 居留<br>因子 | 年有效剂量<br>(mSv/a) |
|--------------------|---|-------------|--|------------------|----------|------------------|
| 延青路（东南侧）           | 2.89E-01  | 19          | 1.55E-02                                 | 101.5            | 1/8      | 1.97E-04         |
| 御和苑商铺 6 号<br>(东南侧) | 2.89E-01  | 37          | 4.09E-03                                 | 101.5            | 1        | 4.15E-04         |
| 御和苑 3-6 号<br>(东南侧) | 2.89E-01  | 37          | 4.09E-03                                 | 101.5            | 1        | 4.15E-04         |
| 延陵中路（西南<br>侧）      | 3.68E-01  | 49          | 2.33E-03                                 | 101.5            | 1/8      | 2.96E-05         |
| 武青路（东北侧）           | 2.67E-01  | 43          | 3.03E-03                                 | 101.5            | 1/8      | 3.84E-05         |

注：1、保守计算考虑，保护目标处辐射剂量率计算仅考虑了距离增加引起的剂量率衰减，未考虑其他建筑结构的屏蔽作用；

2、年照射时间保守取拍片+摄影的累计时长。

由表 11-8 计算结果可知，本项目 DSA 机房 50m 评价范围内、处于院外的环境保护目标处 DSA 所致公众年受照剂量均不超过 0.001mSv/a，均能够满足公众年有效剂量不超过 0.1mSv 的剂量约束值要求。

综上所述，根据上述理论估算结果，本项目 DSA 机房在经实体屏蔽后，对 DSA 机房外辐射工作人员和周围公众的环境影响较小；同时在开展介入工作时，在采取有效的辐射防护措施和医院良好的管理情况下，辐射工作人员、周围公众

及相关保护目标处的年有效剂量均可以满足本项目剂量约束值要求。

## 二、三废的治理评价

本项目搬迁 1 台 DSA，用于开展医疗诊断和介入治疗，不产生放射性废弃物。

### （一）废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，对周围环境影响较小。

### （二）废水

工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理。

### （三）固体废物

工作人员、患者及患者家属产生的生活垃圾，分类收集后，交由城市环卫部门处理。

本项目 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。

## 事故影响分析

### 一、主要事故风险

本项目搬迁的 DSA 为 II 类射线装置，医院在开展医疗诊断和介入治疗过程中，如果安全管理或防护不当，可能对误入机房的受照人员产生较严重放射损伤。因此本项目主要事故风险为：

（一）在介入手术操作过程中，有未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品的公众误留机手术室，室内人员位于手术室床旁，导致发生误照射；

（二）DSA 控制系统失灵、射线持续出束，而此时手术室内人员未穿戴铅衣、配套铅手套和铅防护眼镜等个人防护用品，室内人员位于手术室床旁，导致发生误照射；

（三）设备维护人员在维护 DSA 射线管或测量探测器时，射线管正处于出束

状态，维修人员处于机头上方，导致发生误照射。

## 二、事故预防和处理措施

医院可采取以下事故预防措施：

（一）建立辐射安全管理机构，制定完善的规章制度，并在实际工作过程中严格执行；

（二）加强辐射安全管理，加强辐射工作人员技能培训和辐射安全与防护知识的培训，提高个人的技能和辐射安全防范意识；

（三）定期检查各辐射工作场所的辐射安全措施运行情况，确保各项安全措施始终保持良好的工作状态。

针对本项目可能发生的辐射事故，可采取以下的处理措施：

（一）当发生误照射时，应立即按下急停开关，确保 DSA 停止工作；

（二）对工作人员造成额外照射时，应及时检测个人剂量计，剂量超标则人员应及时就医检查并调岗；

（三）对发生事故的 DSA 或其他设备故障，请设备厂家或相关单位进行检测或维修，分析事故发生原因，不得擅自进行维修。

医院应定期对 DSA 机房辐射安全措施进行检查、维护，发现问题及时维修；每次工作前均应检查相应辐射安全装置的有效性，定期对工作场所进行检测。医院还应在平时工作中加强工作人员的辐射防护知识的培训，尽可能避免辐射事故的发生。

医院应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，在事故发生后 1 小时内向所在地生态环境和公安部门报告，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》。造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；对于可能受到大剂量照射的人员，迅速安排医学检查和救治，积极配合政府管理部门做好事故调查和善后工作。



**表 12 辐射安全管理**

**辐射安全与环境保护管理机构的设置**

常州市第二人民医院拟将城中院区外科楼一楼 DSA 室的 1 台 DSA（型号为飞利浦 UNIQ FD 20，最大管电压 125kV，最大管电流 1250mA）搬迁至延陵院区 3# 病房楼一楼导管室 DSA 机房，用于开展医疗诊断和介入治疗。根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用 II 类射线装置的单位，应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以文件形式明确管理人员职责。从事辐射工作的人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并参加考核。

常州市第二人民医院根据现有核技术利用项目（使用 I 类、V 类放射源；使用 II 类、II 类射线装置；使用非密封放射性物质，乙级、丙级非密封放射性物质工作场所）已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责（详见附件 8）。医院应根据本次搬迁 1 台 DSA 项目（使用 II 类射线装置）实际情况进一步完善辐射安全与环境保护管理机构及相关管理制度，明确医院相关辐射项目的管理人员及其职责，将该项目辐射安全管理纳入全院的辐射安全管理工作中。医院拟为本项目配备 6 名工作人员，均为医院原有辐射工作人员，到岗后不兼职其他辐射工作内容。6 名辐射工作人员均已在生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规，参加“医用 X 射线诊断与介入放射学”辐射安全与防护考核并取得考核合格证书，目前均在有效期内（详见附件 11）。医院辐射防护管理人员需参加“辐射安全管理”辐射安全与防护考核，合格后方可上岗。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，考核合格的人员，每 5 年接受一次再培训考核。

**辐射安全管理规章制度**

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的有关要求，使用放射源和射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防

护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施”。目前常州市第二人民医院根据医院现有核技术利用项目制定了相关辐射安全与防护管理制度制（见附件 8），医院应根据本次搬迁 1 台 DSA 项目的实际情况及以下内容制定并完善相关制度，并落实到实际工作中，严格执行，加强辐射安全管理。

### **一、操作规程**

明确辐射工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的具体防护措施及步骤。重点是：

（一）确保开展辐射工作时所有辐射屏蔽措施均已到位，严格按照规定操作流程操作，防止发生辐射事故；

（二）从事辐射工作时必须佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪；

（三）在工作场所严禁吸烟、进食。

### **二、岗位职责**

明确射线装置使用工作人员、台帐管理人员及辐射安全管理人员的岗位责任，并落实到个人，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任。

### **三、辐射防护和安全保卫制度**

根据射线装置操作的具体情况制定相应的辐射防护和安全保卫制度。重点是：

（一）定期检查相关的辐射安全装置及检测仪器，发现问题及时修理或更换，确保辐射安全联锁装置、个人剂量报警仪、环境辐射剂量监测仪保持良好工作状态；

（二）工作人员定期开展个人剂量检测和职业健康监护。

### **四、设备维修制度**

明确射线装置和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，并做好记录。确保射线检测装置、安全措施（联锁装置、警示标志、工作状态指示灯、急停按钮）、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。

### **五、人员培训计划和健康管理制**

明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，并强调对培训档

案的管理，做到有据可查。相关辐射工作人员应及时学习最新的国家政策法规及标准，熟练掌握放射性防护知识、最新的操作技术。根据 18 号令及《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并通过考核。项目辐射工作人员应配置个人剂量计，定期送有资质部门监测个人剂量，建立个人剂量档案。医院应组织辐射工作人员定期参加职业健康体检（不少于 1 次/2 年），并为其建立辐射工作人员职业健康监护档案。

## 六、监测方案

明确监测频次和监测项目。监测结果定期上报生态环境行政主管部门。为了确保 II 类射线装置的辐射安全，该单位应制定监测方案，重点是：

（一）明确监测项目和频次；

（二）辐射工作人员个人剂量监测数据应建立个人剂量档案，依据《江苏省辐射污染防治条例》（2018 年修正），在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理；

（三）医院应当按照有关标准、规范的要求定期对工作场所及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测，发现异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告；

（四）委托有资质监测单位对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度检测，每年 1 月 31 日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，年度评估发现安全隐患的，应当立即整改。

## 辐射监测

常州市第二人民医院已定期对现有核技术利用项目周围辐射环境进行自检并记录，已为辐射工作人员开展个人剂量检测和职业健康体检。

根据辐射管理要求，常州市第二人民医院拟为本项目配备有辐射巡测仪 1 台和个人剂量报警仪 2 台，用于辐射防护监测和报警，同时结合本项目实际情况，拟制定如下监测计划：

一、委托有资质的单位定期对项目周围环境 X-γ 辐射剂量率进行监测，周期：1~2 次/年；

二、辐射工作人员配备个人剂量计监测累积剂量，定期（不少于 1 次/季）送有资质机构进行个人剂量监测，建立个人剂量档案；

三、定期使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，包括控制室工作位置和周围毗邻区域人员居留处，并保留自检记录；

四、本项目所有辐射工作人员，上岗前均应进行职业性健康体检，以排除职业禁忌症。开展辐射工作后，应定期开展职业健康体检（不少于 1 次/2 年），确认可继续从事辐射工作，并建立个人职业健康档案。离岗时也需进行职业健康检查，以确认辐射工作人员在停止接触电离辐射时的健康状况；

五、出现外照射事故，立即采取应急措施，并在 1 小时之内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

常州市第二人民医院已根据上述监测计划，明确监测项目，定期使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，并保留自检记录，每年委托有资质的单位定期对项目周围环境 X-γ 辐射剂量率进行监测，监测结果上报生态环境行政主管部门。

常州市第二人民医院已为现有辐射工作人员配备个人剂量计，组织辐射工作人员进行个人剂量监测（1 次/季）和职业健康体检（1 次/2 年），并为辐射工作人员建立了职业健康档案和个人剂量监测档案。

常州市第二人民医院每年编写射线装置安全和防护状况年度评估报告年度评估报告，包括射线装置台账、辐射安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容，每年 1 月 31 日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。

### **辐射事故应急**

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等相关规定，辐射事故应急方案应明确以下几个方面：

一、应急机构和职责分工；

二、应急的具体人员和联系电话；

三、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；

四、辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；

五、辐射事故调查、报告和处理程序。

对于在医院定期监测或委托监测时发现异常情况时，应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，在1小时之内向所在地生态环境和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的还应当同时向卫生健康部门报告。在发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。

常州市第二人民医院已经制定了《辐射事故应急措施》，该预案措施已包括成立辐射事故应急处理领导小组、应急预案领导小组的职责、放射性事故应急处理的责任划分、放射性事故应急处理程序和放射性事故的调查等内容。由辐射事故应急处理领导小组组织辐射工作人员，定期（1次/年）开展应急培训演练，在物资、通讯、技术、人员、经费等准备方面均加以落实。医院开展核技术利用项目至今，未发生辐射事故。

表 13 结论与建议

## 结论

### 一、项目概况

常州市第二人民医院拟将城中院区外科楼一楼 DSA 室的 1 台 DSA（型号为飞利浦 UNIQ FD 20，最大管电压 125kV，最大管电流 1250mA）搬迁至延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房，用于开展医疗诊断和介入治疗。

### 二、项目建设的必要性及产业政策符合性

本项目的建设，可为医院提供多种诊断、治疗手段，有着重要临床应用价值，可为患者提供放射诊断及介入治疗服务，并可提高当地医疗卫生水平。对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年修订），不属于“限制类”或“淘汰类”项目，符合国家现行的产业政策。

### 三、实践正当性

本项目的运行，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全化管理后，本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

### 四、选址合理性

常州市第二人民医院延陵院区位于常州市天宁区延陵中路 468 号，延陵院区东南侧为延青路，西南侧为延陵中路，西北侧为丹青路，东北侧为武青路。

常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目拟建址位于延陵院区 3#病房楼一楼导管室 DSA 机房。3#病房楼东南侧为院外延青路，西南侧、西北侧、东北侧均为院内道路。

本项目 DSA 机房位于延陵院区 3#病房楼一楼导管室，机房东南侧为控制室，西南侧为设备间、准备区，西北侧为室外道路，东北侧为库房及污物通道，机房下方为配电间及非机动车库，机房上方为治疗室、示教室及过道。

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围东南侧至院外御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号（商用、居民混合楼，最近处约 37m），西南侧至院外延陵中路（最近处约

49m)，西北侧位于医院范围内，东北侧至院外武青路（最近处约 43m）。项目评价范围内除御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号外，无学校、其他居民区等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要为从事本项目的辐射工作人员、院内的其他医务人员、病患、院内公众及御和苑商铺 6 号、御和苑 3-6 号公众等。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目所在地块位于常州市中心城区（天宁区）重点管控单元（编码：ZH32040223869）内，不在常州市生态保护红线内，评价范围内也不涉及优先保护单元和一般管控单元。本项目为核技术利用项目，满足重点管控单元的管控要求（详见附件 10，江苏省生态环境分区管控综合查询报告书）。本项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。

本项目射线装置机房与控制室分开，控制区、监督区划分明确，选址及布局合理。

## 五、辐射环境现状

常州市第二人民医院本次搬迁 1 台 DSA 项目拟建址及其周围环境室内 $\gamma$ 辐射剂量率在 78nGy/h~110nGy/h 之间，属江苏省室内 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平；室外（道路） $\gamma$ 辐射剂量率为 81nGy/h~87nGy/h，属江苏省道路 $\gamma$ 辐射（空气吸收）剂量率本底水平。测量结果均位于江苏省环境天然 $\gamma$ 辐射水平范围内，属正常水平。

## 六、环境影响评价

根据理论估算结果，常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目在做好个人防护措施和安全措施的情况下，项目对辐射工作人员及周围的公众产生的年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目的剂量约束值要求（职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv）。

## 七、主要污染源及拟采取的主要辐射安全防护措施

常州市第二人民医院拟搬迁的 DSA 型号为飞利浦 UNIQ FD 20，最大管电压为 125kV，最大管电流为 1250mA。DSA 开机期间，产生的 X 射线为主要辐射环境污染因素。本项目 DSA 机房入口处均拟设置“当心电离辐射”警告标志和工作

状态指示灯，工作状态指示灯与防护大门进行联锁；DSA 机房设有闭门装置，并在射线装置机房控制室和机房内的治疗床边操作面板各设置 1 个急停按钮，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中的要求。

在落实以上辐射安全措施后，本项目的辐射安全措施能够满足辐射安全要求。

## 八、辐射安全管理评价

常州市第二人民医院已设定专门的辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院已制定较为完善的辐射安全管理制度，建议根据本报告的要求，对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，针对本项目增补相应内容，建立符合本院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度，并在日常工作中落实。

常州市第二人民医院需为本项目辐射工作人员配置个人剂量计，定期送有资质部门监测个人剂量，建立个人剂量档案；定期进行健康体检，建立个人职业健康监护档案。医院拟为本项目配备辐射巡测仪 1 台和个人剂量报警仪 2 台。此外，医院应根据 GBZ 130-2020 的要求，为辐射工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述，常州市第二人民医院搬迁 1 台 DSA 项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，该医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。

## 建议和承诺

1、该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

2、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

3、定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。



4、医院取得本项目环评批复后，应及时申请换领辐射安全许可证，按照法规要求开展竣工环境保护验收工作，环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，最长不超过12个月。

## 辐射污染防治“三同时”措施一览表

| 项目        | “三同时”措施   | 预期效果  | 预计投资<br>(万元) |
|-----------|---|---|--------------|
| 辐射安全管理机构  | 建立辐射安全与环境保护管理机构，或配备不少于1名大学本科以上学历人员从事辐射保护和环境保护管理工作。医院已设立专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。                   | 满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。  | /            |
| 辐射安全和防护措施 | 屏蔽措施：本项目 DSA 机房四周墙体采用实心砖和硫酸钡涂料、顶面和底面采用混凝土和硫酸钡涂料进行辐射屏蔽，各防护门均采用铅防护门，观察窗为铅玻璃观察窗。                             | 满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目的剂量约束值要求。      | 210          |
|           | 安全措施：DSA 机房入口处拟设置“当心电离辐射”警告标志和工作状态指示灯，工作状态指示灯与防护大门进行联锁；DSA 机房设有闭门装置，机房内外均设置有急停按钮及语音对讲。                    | 满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的相关要求。                                      |              |
| 人员配备      | 辐射安全管理人员和辐射工作人员参加辐射安全与防护学习及培训，考核合格后上岗。  | 满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。   | 9            |
|           | 辐射工作人员佩戴个人剂量计，并定期送检（两次监测的时间间隔不应超过3个月），加强个人剂量监测，建立个人剂量档案。  |   |              |
|           | 辐射工作人员定期进行职业健康体检（不少于1次/2年），并建立辐射工作人员职业健康档案。   |   |              |
| 监测仪器和防护用品 | 拟配备辐射巡测仪1台。   | 满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求。  | /            |
|           | 拟配备个人剂量报警仪2台。   |   |              |
|           | DSA 介入治疗医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等，同时设置铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等。                                      | 满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》有关要求。 | /            |
| 辐射安全管理制度  | 操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度：根据环评要求，按照项目的实际情况，补充相关内容，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。 | 已满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。   | 1            |

|    |   |   |     |
|----|---|---|-----|
| 总计 | / | / | 220 |
|----|---|---|-----|

以上污染防治的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

**表 14 审批**

下一级环保部门预审意见：

经办人

公章  
年 月 日

审批意见

经办人

公章  
年 月 日